

检验检测报告



报告编号：中为检字第 220913003 号

产品名称：皮秒洗眉仪

产品型号：JM01

申请公司：紫云自治县人民检察院

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	皮秒洗眉仪	产品型号	JM01
申请单位名称	紫云自治县人民检察院	申请单位地址	贵州省安顺市紫云自治县云岭街道祥云路人民检察院
制造单位名称	/	制造单位地址	/
抽样基数	-	抽样地点	-
抽样时间	-	抽样人	-
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 9 月 9 日
样品状态说明	供电额定电压：220V~。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检测项目	峰值波长、谱宽度、脉冲宽度、脉冲能量。		
检验依据	GB/T 31359-2015 《半导体激光器测试方法》		
检验结论及意见	经检测受检产品 JM01 型皮秒洗眉仪本体标有激光警告标识，同时受检产品所发光束波峰较为集中、波形半峰全宽较窄，具有较好的单色性和能量集中性。 特征表明受检产品具有激光特性。 (检验检测专用章) 签发日期：2022 年 9 月 23 日		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：该测试项目不做判断。		

编制：周磊 审核：陆祖年 批准：赵反中

检测结果汇总			
序号	检测项目	检测标准	检测结果
1	峰值波长	GB/T31359—2015	1063.80nm 详见后续报告页面测试数据
2	谱宽度	GB/T 31359—2015	0.83nm 详见后续报告页面测试数据
3	脉冲宽度	GB/T 31359—2015	13.50ns 详见后续报告页面测试数据
4	脉冲能量	GB/T 31359—2015	0.280J 详见后续报告页面测试数据