

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221121002 号

产品名称：近视弱视综合治疗仪

产品型号：JD-01

申请公司：南京亮晶晶医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	近视弱视综合治疗仪	产品型号	JD-01
申请单位名称	南京亮晶晶医疗科技有限公司	申请单位地址	南京市高淳区经济开发区凤山路1-1 号 4 号楼二楼
制造单位名称	南京亮晶晶医疗科技有限公司	制造单位地址	南京市高淳区经济开发区凤山路1-1 号 4 号楼二楼
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 11 月 25 日
样品状态说明	适配器输入：100-240V~ 50/60Hz 1.0A，适配器输出：12V= 3340mA，40W。送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	近视弱视综合治疗仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后页页面。  签发日期：2022 年 12 月 7 日		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：周磊

审核：陆祖年

批准：赵反中